



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Comissão Permanente de Licitação

**ADENDO 01 AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 61/2009**

A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará comunica aos interessados que o Edital do Pregão Eletrônico N.º 61/2009, que trata da "Aquisição de equipamentos de uso médico e odontológico, bem como eletrodoméstico para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará", sofreu as seguintes alterações:

1) No Lote I, Anexo 01;

Onde se lê:

Item	Descrição Bem/ Serviço	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1.	<b>Autoclave</b> – Temperatura de trabalho – 134 graus Celsius, com aviso sonoro após o tempo de esterilização e secagem, com sensor de superaquecimento, Capacidade mínima de 21 litros, com câmara de esterilização em aço inox, com bandeja em aço inox, com alta resistência à temperatura e a pressão, com gabinete externo em liga ou alumínio, tubulações em cobre e ou latão protegidos por manta em fibra cerâmica, com revestimento epóxi, com pelo menos 3 ciclos de esterilização pré programados, com comandos e dispositivos de controle totalmente eletrônicos, com válvula de segurança automática, com sistema de vedação da porta em silicone de alta performance, 220 V, assistência técnica em Fortaleza/CE, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	1		
2.	<b>Caneta de alta rotação</b> --com sistema de engate e desengate push button, alto torque, corpo em alumínio anodizado, autoclavável a 135 graus Celsius por mais de 1000 ciclos, cabeça com linhas arredondadas, baixo nível de ruído, sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha, spray, velocidade de rotação entre 400.000 e 420.000rpm, garantia mínima de 6 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	3		
3	<b>Contra ângulo implante</b> – com sistema de engate e desengate push button, com engrenagens internas em aço inoxidável, cabeça com pelo menos 12 posições diferentes de trabalho, mínimo de 45 N cm de torque com rotações de 20 a 50 rpm, baixo nível de ruído, com transmissão de rotação de 20:1, corpo em alumínio anodizado, autoclavável a 135 graus Celsius, garantia mínima de 6 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	3		
4.	<b>Micro motor odontológico</b> – com spray, com facilidade em acoplar a peça reta ou a contra ângulo proporcionando alto torque em baixa velocidade e baixo nível de ruído, auto clávável até 135 graus Celsius, garantia mínima de 6 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	3		
5.	<b>Cadeira Odontológica</b> – com estrutura em aço, tratamento anti corrosivo, pintura epóxi ou eletrostática lisa, com estabilidade estática dinâmica em todas as posições de uso. Base com proteção em borracha ou material similar, com articulação única central entre assento e encosto. Revestimento do estofamento em material tipo PVC laminado sem costuras. Proteção plástica para os pés dos pacientes. Encosto da cadeira articulável com movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos com atuadores hidráulicos ou moto redutores Controle de pedal para os movimentos de subida e descida do assento e do	UNID	3		

	encosto. Posição de volta a zero, 220 V, resistência de carga de no mínimo 140 kg, <u>acompanhado no mínimo de Mocho odontológico</u> - Com regulagem de encosto pelo menos quanto à inclinação, regulagem de altura de assento, revestimento do assento e do encosto em material tipo PVC laminado sem costura, sistema à gás, base giratória com no mínimo 5 rodízios, estrutura em aço com tratamento anti corrosão, pintura da estrutura em epóxi ou eletrostática lisa, sem aros para apoio dos pés, garantia mínima de 6 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.				
6.	<u>Fotopolimerizador</u> - com lampada halógena, com ponteira de no mínimo 9 mm, bivolt, com fonte estabilizada, com sistema de proteção térmica, com radiômetro digital acoplado, com teclado tipo membrana (para facilidade de assepsia), garantia mínima de 6 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
7.	<u>Profis</u> - composto no mínimo por ultrassom, instrumentação endodôntica e jato de bicarbonato, teclado tipo membrana, com no mínimo 4 níveis de rotação da bomba peristáltica acoplada, com reservatório de líquido acoplado, 220 V ou bivolt, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
8.	<u>Compressor odontológico</u> - no mínimo de 2 cv, com proteção elétrica, 220 V, que atenda pelo menos 2 consultórios com 2 sugadores, nível máximo de ruído de 75 Dbã, com pintura interna e externa eletrostática, isento de óleo, uso externo, garantia mínima de 6 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
9.	<u>Peca Reta</u> - Intra com refrigeração, anatômica acoplável ao micro motor com sistema intra com torque e rotação transmitidos à broca através de conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, acoplável a micromotores com corpo externo de diâmetro 20mm; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar: 80 a 80 (PSI), Consumo de ar: 85 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 db, com garantia mínima de 6 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
<b>VALOR GLOBAL</b>				<b>R\$</b>	

**LEIA-SE:**

Item	Descrição Bem / Serviço	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1.	<u>AUTOCLAVE</u> : capacidade mínima de 21L, temperatura de trabalho de 134 graus Celsius, com aviso sonoro após o tempo de esterilização e secagem, com sensor de superaquecimento, com mínimo de 03 ciclos de esterilização pré-programados, com comandos e dispositivos de controle eletrônicos, com válvula de segurança automática, com sistema de vedação da porta em silicone de alta performance, 220V, garantia mínima de 12 meses, assistência técnica em Fortaleza/CE, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	1		
2.	<u>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO</u> : com sistema de engate e desengate push button, autoclavável a 135 graus Celsius, baixo nível de ruídos, spray, velocidade de rotação entre 400.000 e 420.000rpm, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	3		
3.	<u>CONTRA-ÂNGULO</u> : com sistema de engate e desengate push button, totalmente autoclavável a 135 graus Celsius, baixo nível de ruído, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	3		
4.	<u>MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO</u> : com spray, facilidade em acoplar a peça reta ou o contra-ângulo proporcionando alto torque em baixa velocidade e baixo nível de ruído, com inversão para direita e para esquerda, autoclavável a 135 graus Celsius, garantia de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	3		
5.	<u>CADEIRA ODONTOLÓGICA</u> : com estrutura fabricada em aço, tratamento anticorrosivo, base com proteção de borracha ou similar, encosto de cadeira articulável com movimento longitudinal, acionamento através de comandos elétricos com atuadores hidráulicos, controle de pedal para os movimentos de subida e descida do assento e encosto, posição de volta a	UNID	3		

	zero, 220V, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE. Acompanhada de: EQUIPO ODONTOLÓGICO: tipo cart, com 03 terminais, sendo 01 para micro motor com spray, 01 para alta rotação e 01 seringa triplice, mangueiras arredondadas e lisas, reservatório de água em material transparente ou translúcido de no mínimo 50ml. UNIDADE AUXILIAR: acoplada à cadeira, ralo separador de detritos, com 02 terminais de sucção. Bacia de cuspeira removível em porcelana ou cerâmica. MOCHÔ ODONTOLÓGICO: com regulagem quanto à inclinação e altura do assento, sistema à gás com no mínimo 05 rodízios. REFLETOR ODONTOLÓGICO: monofocal, acoplado à cadeira, luz fria, protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente, intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, 220V.				
6.	FOTOPOLIMERIZADOR: com lâmpada halógena, compatível com todas as resinas compostas disponíveis no mercado, bivolt, com fonte estabilizadora, com sistema de proteção térmica, ponteiros com diâmetro mínimo de 12mm, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
7.	APARELHO DE PROFILAXIA: composto por ultra-som, jato de bicarbonato, bivolt ou 220V, controle de ajuste do fluxo de ar e água separados e no painel, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
8.	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: isento de óleo, com proteção elétrica, 220V, capacidade que atenda a 03 consultórios simultaneamente, com dreno para líquidos condensados, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
9.	PEÇA RETA: Intra com refrigeração, anatômica acoplável ao micro motor com sistema com torque e rotação transmitidos à broca através de conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1, acoplável a micromotores com corpo externo de diâmetro de 20mm, autoclavável a 135 graus Celsius, com spray externo ao corpo, garantia mínima de 12 meses, frete incluso, posto em Fortaleza/CE.	UNID	2		
<b>VALOR GLOBAL</b>				<b>R\$</b>	

**OBSERVAÇÃO:** As novas datas para o referido certame são:

**RÉCEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13/10/2009 às 09:00horas (Horário de Brasília).**

**ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/10/2009 às 09:00horas (Horário de Brasília).**

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/10/2009 às 09:00horas (Horário de Brasília).**

**Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Referido Edital e Anexos.**

Fortaleza - CE, aos 29 de setembro de 2009.

  
**Georgetanne Lima Gomes Botelho**  
**PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**